

Fiche d'intervention

Prestataire : Insa Biomédical	Date prévue de prestation : 16/02/2023
Adresse : Cité Impt et Domaine	Date de prestation : 16/02/23
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Appareil : Moniteur de surveillance CONFEC	Début :
Reference:	N° Série : 18030700033 Fin :
Emplacement : Salle de veille	Durée :

Mise en marche
- Vérification des différents paramètres (ECG, temp, PO2 et SPO2)
Nettoyage et désinfection

Cable ECG à remplacer



Nom et visa vérificateur