

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomedical</i>	Date prévue de prestation : <i>11/08/2023</i>
Adresse : <i>Cité Impat et Jomane</i>	Date de prestation : <i>11/08/2023</i>
Téléphone : <i>77 308 9174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Détails de l'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux

Appareil : <i>COMTEC CM 5 900</i>	Début :
Reference :	N° Série : <i>180 807 00119</i>
Emplacement : <i>Salle de veille</i>	Fin :
	Durée :

Intervention

*Vérification de l'état de l'appareil -
Vérification des différents paramètres (ECG, SpO2,
tensiomètre et sonde de température -
Nettoyage et désinfection -*

Cable ECG à remplacer

Nom et visa vérificateur

