

Fiche d'intervention

Prestataires : <i>Insa Biomédical</i>	Date prévue de prestation :
Adresse : <i>Cité impôt et domaine</i>	Date de prestation :
Téléphone : <i>77 308 9174</i>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

Type d'intervention :

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <i>Respirateur d'anesthésie Dräger Fabius plus</i>		Début :
Reference : <i>C-TID-DIV-011</i>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <i>Bloc opératoire</i>		Durée :

Intervention :

- Vérification de l'état de la machine suivi de mise en marche
- Test système réussi
- Test de filtre et de compliance réussi
- Calibration du capteur spiromètre

Recommandations :

NB: Cellule O2 à remplacer

