

FICHE D'INTERVENTION

N° 000687

Date: 22/03/2023

STRUCTURE SANITAIRE : Clinique NEST

DATE DE NOTIFICATION 20 / 03 / 2023	DATE INSTALLATION : 03 / 05 / 2019
OBJET DE L'INTERVENTION Maintenance Préventive	NOMENCLATURE
	CONSTRUCTEUR CYPRESS DIAGNOSTICS
TYPE DE MAINTENANCE	MODELE (TYPE) CYAN CENTRIFUGE
CORRECTIVE : / / PREVENTIVE : / ✓ /	N° DE SERIE 17070161
CONTRAT : / / OUI / ✓ / NON	DEPARTEMENT Laboratoire
GARANTIE : / / OUI / ✓ / NON	

TEMPS D'INTERVENTION :	DEBUT 13 h 45 FIN 15 h 45
------------------------	---------------------------

DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX FAITS : Nettoyage machine
Changement des charbons

LISTE DES PIECES DE RECHANGE ET MATERIAUX UTILISES :

N°	DESIGNATION / REFERENCES	QUANTITE
01	Carbon brush / CL008/97-C-3	1

CONTROLE QUALITE :	REUSSI : / ✓ /	ECHOUE : / /
--------------------	----------------	--------------

ETAT DE L'APPAREIL APRES INTERVENTION :

FONCTIONNEL : / ✓ /	ATTENTE DE PIECES : / /	ENLEVEMENT : / /
NON FONCTIONNEL : / /		

OBSERVATIONS : Systeme fonctionnel

INTERVENTION REALISEE PAR : CACHET ET SIGNATURE	CACHET ET SIGNATURE CHEF STM:
--	-------------------------------