

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>11/08/2023</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et Domaine</u>	Date de prestation : <u>11/08/2023</u>
Téléphone : <u>77308 9174</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Détails de l'intervention

☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux

Appareil : <u>Compteur de surveillance</u>		Début :
<u>CONTIC - CMS 9000</u>		
Reference :	N° Série :	Fin :
	<u>180 307 00 033</u>	
Emplacement : <u>Salle de veille</u>		Durée :

Signature :

Vérification de l'état de la machine
- Brassard à remplacer ainsi que les autres
accessoires SPO₂ et câble ECG

Recommandations

Nom et visa vérificateur

