

Fiche d'intervention

Prestataires: Insa Biomedical	Date prévue de prestation: 20/07/2026
Adresse: Cité Impôt et domaine	Date de prestation: 20/07/2026
Téléphone: 77308 91 74	N° Devis:

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil: Nebulisateur OMRON	Début:
Reference: P.MD-DIV-017	N° Série:
Emplacement: Salle de consultation pédiatrique	Fin:
	Durée:

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil.
- Mise en marche
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Nom et visa vérificateur

