

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>02/02/2026</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et domaine</u>	Date de prestation : <u>02/02/2026</u>
Téléphone : <u>77 308 91 74</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Poupinel CYAN</u>	Début :
Reference :	N° Série :
Emplacement : <u>Bloc opératoire</u>	Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil
Appareil non fonctionnel. Démontage, test du circuit électrique ok, test de l'automate non réussi.

Recommandations :

Appareil defectueux à remplacer



Non et visa vérificateur