

Plan d'intervention

Prestataires : <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation :
Adresse : <u>Cité Impôt et Domaine</u>	Date de prestation :
Téléphone : <u>77 88 8 99 74</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Respirateur d'antenne</u> <u>bragertanus plus</u>		Début :
Reference : <u>0</u>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <u>Bloc opératoire</u>		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil
Vérification du système
Calibration capteur spirométrique
Test de fuite et de compliance
Nettoyage et désinfection

neu psi

Recommandations :

Capteur O₂ à remplacer

Nom et visa vérificateur

