

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 05/05/2025
Adresse : Cite Imbôt et domaine	Date de prestation : 09/05/2025
Téléphone : 77 308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐
☒ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Ventilateur d'anesthésie Dräger Fabius Plus		Début :
Reference : C-110-DIV-011	N° Série :	Fin :
Emplacement : Bloc opératoire		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil
- Mise en marche : auto test réussi
- Calibration capteur de débit ok
- Calibration cellule O₂ non réussi
- Test de fuite et de compléance réussi
- Ventilation opérationnelle
- Nettoyage et désinfection