

Date: 07/12/2020

STRUCTURE SANITAIRE : CLINIQUE NEST

DATE DE NOTIFICATION 24 / 01 / 2020	DATE INSTALLATION : ____ / ____ / ____
OBJET DE L'INTERVENTION Maintenance Préventive Fin garantie	NOMENCLATURE
	CONSTRUCTEUR CYPRESS DIAGNOSTICS
TYPE DE MAINTENANCE	MODELE (TYPE) Cysmart
CORRECTIVE : / ____ / PREVENTIVE : / ☒ /	N° DE SERIE B56JN066E
CONTRAT : / ☒ OUI / ____ / NON	DEPARTEMENT Labo
GARANTIE : / ☒ OUI / ____ / NON	

TEMPS D'INTERVENTION :	DEBUT 11h FIN 12h30
------------------------	---------------------

DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX FAITS : - Préventive Maintenance

LISTE DES PIECES DE RECHANGE ET MATERIAUX UTILISES :

N°	DESIGNATION / REFERENCES	QUANTITE
01	Tube Pompe	01
02	Lamp	01

CONTROLE QUALITE :	REUSSI : / ☒ /	ECHOUE : / ____ /
--------------------	--	-------------------

ETAT DE L'APPAREIL APRES INTERVENTION :

FONCTIONNEL : / ☒ /	ATTENTE DE PIECES : / ____ /	ENLEVEMENT : / ____ /
NON FONCTIONNEL : / ____ /		

OBSERVATIONS :

INTERVENTION REALISEE PAR : CACHET ET SIGNATURE SOTELMED 36, bis Rue J. Ferry - BP 4172 Tél/Fax : 33 821 93 08 - DAKAR Email : sotelmed@orange.sn	CACHET ET SIGNATURE CHEF STM:	CACHET ET SIGNATURE CHEF SERVICE LABORATOIRE CLINIQUE NEST BP: 82002 Yoff - Diamalaye Tél: 33 867 58 58 - 33 835 33 33
--	-------------------------------	--