

Prestateurs : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 11/02/2026
Adresse : Cite Inpôt et domaine	Date de prestation : 11/02/2026
Téléphone :	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table de consultation		Début :
Reference : P-MD-BW-001	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle de consultation Gyneco		Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil.
- Vérification des différents mouvements
- Nettoyage et désinfection

Recommandations :

