

Fiche d'intervention

Prestataires : <u>Irsa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>24/10/2024</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et Travail</u>	Date de prestation : <u>24/10/2024</u>
Téléphone : <u>77 308 91 74</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☐ Préventive

☐ Curative

☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Table de consultation</u>		Début :
Reference : <u>C-MD-BIV-035</u>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <u>Gynécologie 2</u>		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil
Vérification des différents mouvements
Nettoyage et désinfection

Recommandations :

Appliquer une couche de peinture sur la partie métallique

Nom et visa vérificateur

