

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 13/05/2025
Adresse : Cite Impat et domaine	Date de prestation : 13/05/2025
Téléphone : 773089174	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Type d'intervention

☒ Préventive

☐ Curative

☐

Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table chauffante	Début :
Reference : C-MD-DIV-118	N° Série :
Emplacement : Salle d'accouchement	Fin :
	Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil.
 - Mise en marche
 - Test sources
 - Nettoyage, dépoussiérage et désinfection