

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 02/06/2025
Adresse : Sate Impst et Domaine	Date de prestation : 02/06/2025
Téléphone :	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention

☐ Préventive

☐ Curative

☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Table de consultation	Début :
Reference : P-17D-DIV-011	N° Série : Fin :
Emplacement : Salle de prélevement	Durée :

Diagnostic :

- Vérification de l'état de l'appareil
- Vérification des différents mouvements
- Appareil fonctionnel

Recommandations :

Prevoir une couche de peinture sur les parties métalliques

Nom et visa vérificateur