

Fiche d'intervention

Prestataires : Insa Biomedical	Date prévue de prestation : 04/12/2025
Adresse : Cité Impôt et domaine	Date de prestation : 26/12/2025
Téléphone : 77308 91 74	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive.

Type d'intervention ☐ Préventive ☒ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : Moniteur de surveillance		Début :
Reference : C-110-MES 111	N° Série :	Fin :
Emplacement : Salle de veille.		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil
 Mise mise en marche : test capteur SpO2, tensiometre
 ECG et sonde de température. Appareil fonctionnel
 Nettoyage et désinfection

Recommandations :

