

Fiche d'intervention

Prestataires <u>Insa Biomedical</u>	Date prévue de prestation : <u>23/01/2026</u>
Adresse : <u>Cité Impôt et Domaine</u>	Date de prestation : <u>23/01/2026</u>
Téléphone : <u>778089174</u>	N° Devis :

Nature des travaux

Maintenance préventive

Type d'intervention ☒ Préventive ☐ Curative ☐ Calibration

Détails des travaux :

Appareil : <u>Nebulisateur</u>		Début :
Reference : <u>P-MD-CH-055</u>	N° Série :	Fin :
Emplacement : <u>Salle de soin constante</u>		Durée :

Diagnostic :

Vérification de l'état de l'appareil.
- Nettoyage et désinfection
- changement de filtre
- Mise en marche : Appareil fonctionnel

Recommandations :

